Focurose G25+脱盐柱产品说明书

产品简介：

Focurose G25+脱盐柱适用于蛋白或其他大分子（>5000Mr）的脱盐、缓冲液置换或小分子的去除。脱盐柱装有 8.3mL Focurose G25+，Focurose G25+介质是一种以琼脂糖为基质的凝胶过滤层析介质，其工作原理主要是利用具有网状结构的琼脂糖凝胶的分子筛作用，根据被分离物质的分子大小不同来进行分离。

基质	Focurose G25+
粒径范围	45-165μm
柱体积	8.3mL
上样范围	1.0-2.5mL
脱盐效率	>90%
排阻极限	Mr 5000
保存液	20%乙醇
贮存条件	4°C-30°C

使用方法：

1. 溶液制备

平衡液：根据客户需求进行配制。所有水和缓冲液在使用之前建议用 0.22μm 或 0.45μm 滤膜过滤。

2. 样品制备

样品在上样前建议离心或用 0.22μm 或 0.45μm 滤膜过滤。当样品体积小于 2.5mL 时，可以在样品完全进入预装柱之后添加平衡液到总体积 2.5mL。

3. 样品脱盐

1) **脱盐柱准备：**将 Focurose G25+脱盐柱垂直置于重力柱支架上，或用铁架台固定，先后打开上盖、下塞，依靠重力流干保护液。
2) **平衡：**加入 4mL 平衡液对预装柱进行平衡，重复 5 次，最终使用平衡液体积约 3 倍介质体积。
3) **上样：**加入样品，样品上样体积范围 1.0-2.5mL，最大不超过 2.5mL。当样品体积小于 2.5mL 时，可以在样品完全进入预装柱之后添加平衡液到总体积 2.5mL。
4) **洗脱：**待样品进入填料后，继续加入平衡液进行洗脱，分管收集洗脱液，从加入样品开始，先收集前端 2.0mL，然后再按照固定体积（建议 0.5-1mL/管）收集样品，检测每管蛋白浓度和盐浓度，计算回收率和脱盐率。平衡液至少添加蛋白洗脱完全再停止。
5) **再平衡：**加入 4mL 平衡液对介质进行再平衡，重复至少 4 次，将残留的盐冲洗干净，方可进行下一次脱盐。同一个柱子不建议用于不同样品的脱盐。

4. 清洗和保存

如果柱子的流速或者脱盐效果变差，为除去残留的杂质，如变性蛋白或脂质等，有时需要对脱盐柱进行在位清洗。常用的清洗液为 0.1-0.2M NaOH 或非离子型去垢剂。

1) 加入 1 个 CV 的 0.1-0.2M NaOH，依靠重力清洗介质。
2) 加入足够量的去离子水，冲洗介质，直至 pH 值至中性。
3) 加入至少 3 个 CV 的 20%乙醇溶液冲洗介质，然后盖好上盖和下塞，在介质上端保留至少 1cm 高的 20%乙醇保护液，置于 4-30°C保存。

注：不建议介质多次重复再生和使用。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

产品列表：

名称	货号	规格
Focurose G25+ 脱盐柱	HN1203501230	8.3mL，30 支

名称	货号	试用装规格
Focurose G25+ 脱盐柱	HN1203501202	8.3mL，2 支

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com