磁性微球（链霉亲和素）产品说明书

产品简介：

本系列磁性微球（链霉亲和素）是一款单分散的微球产品，由高分子聚合物和磁性颗粒组成。具有磁响应速度快、悬浮性好、比表面积大、稳定性好、批间差异小等优点。该产品表面修饰有丰富的链霉亲和素，可与生物素化的抗体（或抗原/半抗原等）通过链霉亲和素-生物素的特异性亲和作用而结合，借助于磁分离作用可用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶等生物活性分子的捕获、清洗及检测分析等流程，是化学发光免疫分析检测应用的理想选择。

产品信息：

材质：高分子聚合物/氧化铁
基团：链霉亲和素
粒径：600nm~5μm
保存液：10 mM Tris(pH 7.4)，0.05% BSA，0.05% Tween-20，0.05% ProClin 300，0.05% BND-10

使用方法：

1. 将磁珠原液从冰箱中取出核对货号和批号，上下颠倒混匀多次至底部没有明显磁珠集聚，置于血液混匀仪或用其他混匀仪，使微球进一步混匀，并平衡室温。**（注意：如果磁珠体积小于 10mL 需要至少平衡 30min，如果大于 10mL 需要酌情延长平衡室温的时间。）**
2. 计算所需磁珠体积。此处以需要 50mg 磁珠为例，按原液 1.0%（即 10mg/mL）计算需 5mL 磁珠原液。
3. 取 5mL 磁珠原液加入 10mL 离心管或者合适容器中，将 10mL 离心管置于匹配的磁力架上，静置 1 分钟，直至溶液变澄清。
4. 吸取上清，加入 5mL（与原液体积相同）磁珠保存液（推荐使用为度磁珠保存液或者客户自己磁珠保存液），涡旋 20s 混匀，观察确保混匀，如果没有混匀，继续旋涡，直至混匀；重复该步骤 3 次，完成磁珠清洗或保存液置换。**（注意：1. 如果磁力架磁场较弱，可以增加磁力架上静置时间，直至溶液变澄清。2. 如果磁珠体积更大也需要增加磁力架上静置时间，直至溶液变澄清。）**
5. 将清洗后磁珠用磁珠保存液稀释至使用浓度（推荐 0.2~1.0mg/mL，具体浓度根据试剂性能调整）。
6. 将稀释后的磁珠再次混匀，并与其他试剂组分一起装入全自动化学发光仪，设置好项目参数，加入样本进行测试。

储存条件及有效期：

2-8℃储存，切勿冷冻，有效期 2 年

注意事项：

1. 为减少磁珠损失，手工测试时每次磁分离时间应不少于 1 分钟；
2. 磁珠分装，取用前应充分混匀，操作过程中应尽量减少气泡产生，以免对后续操作产生影响；
3. 建议使用质量好的移液器吸头和反应管，避免因黏附磁珠及溶液而造成损失；

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

4. 本产品仅用于科研；
5. 上述信息不包含所有信息，仅作指导使用。

产品列表：

货号	表面基团	粒径	固含	规格
CMP0600SA	SA	600nm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP0600SB	SA	600nm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001SA	SA	1μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001SB	SA	1μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001SE	SA	1μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP2015SA	SA	1.5μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003SA	SA	3μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003SC	SA	3μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1005SA	SA	5μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001TSA	SA	1μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1001TSB	SA	1μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL
CMP1003TSC	SA	3μm	1.0%	1mL,10mL,100mL,1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。