

TE-8010Y-A型多参数检测仪

十八、TE-8010Y-A型多参数检测仪

1、产品介绍

多参数检测仪支持用户通过身份证、社保卡或者手机号登录，进行心电、心率、血压、脉率的测量，测量完成后通过无线传输模块将数据上传至好络维健康管理平台，完成分析后推送给用户分析结果。

产品主要用于医疗站点使用或医务人员随访时使用，用于筛查心脏疾病及高血压等病症，相比较同类功能产品，优势在于可以使用社保卡及身份证等方式进行认证测量，并将历史数据记录在个人电子健康档案中，以备医务人员诊断病症使用。



2、产品功能

2.1多参数监测：心电、心率、血压、脉率；

2.2导联选择为II导：RA、RL、LL

2.3无线数据传输：支持4G全网通频段、WiFi无线数据传输模式；

2.4支持身份证、社保卡（可选）、手机号设备本地建立健康档案、识别及认证；

2.5语音提示：产品操作步骤提示；

2.6导联脱落智能检测；

2.7数据管理：支持数据存储，具有心电、血压历史数据浏览功能；

2.8显示界面：5.46英寸720P屏幕显示，实时显示监测对象心电波形、生理参数数值、检测仪运行状态。

2.9支持远程升级。

3、产品规格

3.1产品尺寸：230mm*122mm*64mm

3.2工作电源：外部电源：AC100-240V，50/60Hz；内部电源：DC3.7V

3.3支持频段：4G全网通频段，WiFi频段

3.4屏幕尺寸：5.46英寸电容屏，16:9；显示分辨率：720*1280

3.5心电参数：输入阻抗：不低于10MΩ

导联选择：单导联

频率响应：0.67~40Hz，±10%

系统误差：±5%或±40uV

共模抑制比：不小于89dB

3.6心率监测范围：30bpm~200bpm，允差±2bpm或±5%，取最大值；

3.7静态压力测量范围：0.0kPa~34.7kPa（0mmHg~260mmHg）

最大允许误差：在静态压力的测量范围内，压力测量的最大误差是±0.4kPa（±3mmHg）。

3.8脉率范围及最大允许误差：40次/min~200次/min，±5%。

3.9过压保护：不应超过38.7kPa(290mmHg)，±0.4kPa（±3mmHg）

3.10显示分辨率：0.133kPa或1 mmHg

3.11断电保护：断电后，袖带自动放气

3.12测量方法：示波测定法

3.13测量部位：上臂，适用臂围：22cm~36cm

3.14结构组成：电池、心电导联线、肢体夹、袖带、适配器、使用说明书、产品合格证、装箱清单等

3.15内置锂电池容量：4000mAh

4、应用场景

4.1应用对象：针对医疗机构使用，包括二级及以上医院、社区卫生服务中心/乡镇卫生院、社区卫生服务站、干休所、养老院、居家养老中心等；

4.2应用场景：医务人员筛查使用、老人自助式测量服务、术后患者居家康复检查、医生随访、亚健康人群和社区居民健康综合管理（如评估、预测、控制、干预）。

5、产品优势

- 5.1 在医疗站点等公共场合下，通过身份证、社保卡或者手机号实现快速登录测量；
- 5.2 有效测量数据，会记录在个人电子健康档案，并发送到所属的医疗机构进行分析、管理；
- 5.3 大屏幕显示，真人语音引导，操作流程简单。