


医疗器械多模态摄取测试资料

用于验证 PDF 文本抽取、表格、页码和视觉证据。资料为合成教学内容，不对应真实患者或真实设备。

脉搏血氧仪

脉搏血氧仪通过光学方式估算血氧饱和度和脉率。末梢循环、皮肤与指甲状况、运动、传感器位置和设备状态都可能影响读数。



输液泵报警测试

Device ID	Alarm	Expected handling
DEMO-PUMP-042	UPSTREAM OCCLUSION	Follow authorized protocol
DEMO-SPO2-017	FUNCTIONAL CHECK	Simulation result only

来源依据：FDA Pulse Oximeters 与 Infusion Pumps 公开页面。使用前应核对制造商说明和机构制度。