발송번호: 9-5-2026-057486419
발송일자: 2026.06.25.

지 식 재 산 처

특허결정서

출 원 인 **성 명** 후지 덴키 가부시키가이샤 (특허고객번호: 520040409171)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 남아이피그룹 특허법인(유한)
주 소 ****
지정된변리사 유병호
발 명 자 **성 명** 시노다 소미
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 코이즈미 카즈히로
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7040602
발 명 의 명 칭 수질 분석 장치
청 구 항 수 10

이 출원에 대하여 특허법 제66조에 따라 특허결정합니다.
(특허권은 특허료를 납부하여 특허법 제87조에 따라 설정등록을 받음으로써 발생하게 됩니다.) 끝.

[참고문헌]

1. JP2019015513 A
2. JP2015184018 A
3. JP04125446 A
4. JP05164762 A
5. JP2011505577 A
6. WO2017199511 A1

[직권보정 사항]

번호	보정항목	보정위치	보정전내용 보정후내용	보정사유	도면보정 내용
1	청구범위	청구항 1	시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서, 광을 투과시키는 벽부와, 상기 벽부에 둘러싸인 내부 공간을 가지며, 상기 시료수가 상기 내부 공간을 통과하는 플로우 셀(flow cell)과,	띄어쓰기 정정	X

			상기 플로우 셀을 향해 광을 조사(照射)하는 광원과, 상기 광원이 조사한 상기 광의 광량인 광원광량을 검출하는 광원 모니터와, 상기 플로우 셀을 투과한 투과광의 광량인 투과광량을 검출하는 투과광 검출부와, 상기 광원광량과 상기 투과광량에 근거하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 오염 검출부와, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 세정하는 세정부와, 상기 시료수로부터의 산란광의 광량인 산란광량을 검출하는 산란광 검출부 를 구비하며, 상기 오염 검출부는, 상기 플로우 셀에 상기 시료수를 흐르게 한 상태에서의 상기 투과광량을 이용하여, 상기 벽부의 오염을 검출하며, 상기 세정부는, 상기 벽부의 오염이 있는 경우에, 상기 플로우 셀의 세정을 개시하고, 상기 오염 검출부는, 상기 산란광 검출부가 검출한 상기 산란광량 및 상기 투과광 검출부가 검출한 상기 투과광량 중 적어도 한쪽에 근거하여 측정되는 상기 시료수의 탁도가 기준치 이하일것을 조건으로 하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 수질 분석 장치.		
			시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서, 광을 투과시키는 벽부와, 상기 벽부에 둘러싸인 내부 공간을 가지며, 상기 시료수가 상기 내부 공간을 통과하는 플로우 셀(flow cell)과, 상기 플로우 셀을 향해 광을 조사(照射)하는 광원과, 상기 광원이 조사한 상기 광의 광량인 광원광량을 검출하는 광원 모니터와, 상기 플로우 셀을 투과한 투과광의 광량인 투과광량을 검출하는 투과광 검출부와, 상기 광원광량과 상기 투과광량에 근거하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 오염 검출부와, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 세정하는 세정부와, 상기 시료수로부터의 산란광의 광량인 산란광량을 검출하는 산란광 검출부 를 구비하며,		

			상기 오염 검출부는, 상기 플로우 셀에 상기 시료수를 흐르게 한 상태에서의 상기 투과광량을 이용하여, 상기 벽부의 오염을 검출하며, 상기 세정부는, 상기 벽부의 오염이 있는 경우에, 상기 플로우 셀의 세정을 개시하고, 상기 오염 검출부는, 상기 산란광 검출부가 검출한 상기 산란광량 및 상기 투과광 검출부가 검출한 상기 투과광량 중 적어도 한쪽에 근거하여 측정되는 상기 시료수의 탁도가 기준치 이하일_것을 조건으로 하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 수질 분석 장치.		
2	청구범위	청구항 2	시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서, 광을 투과시키는 벽부와, 상기 벽부에 둘러싸인 내부 공간을 가지며, 상기 시료수가 상기 내부 공간을 통과하는 플로우 셀(flow cell)과, 상기 플로우 셀을 향해 광을 조사(照射)하는 광원과, 상기 광원이 조사한 상기 광의 광량인 광원광량을 검출하는 광원 모니터와, 상기 플로우 셀을 투과한 투과광의 광량인 투과광량을 검출하는 투과광 검출부와, 상기 광원광량과 상기 투과광량에 근거하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 오염 검출부와, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 세정하는 세정부와, 상기 시료수로부터의 산란광의 광량인 산란광량을 검출하는 산란광 검출부 를 구비하며, 상기 오염 검출부는, 상기 플로우 셀에 상기 시료수를 흐르게 한 상태에서의 상기 투과광량을, 상기 산란광량을 이용하여 보정하며, 상기 광원광량과 보정후의 상기 투과광량에 근거하여 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하고, 상기 세정부는, 상기 벽부의 오염이 있는 경우에, 상기 플로우 셀의 세정을 개시하는, 수질 분석 장치.	띄어쓰기 정정	X
			시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서, 광을 투과시키는 벽부와, 상기 벽부에 둘러싸인 내부 공간을 가지며, 상기 시료수가 상기 내부 공간을 통과하는 플로우 셀(flow cell)과, 상기 플로우 셀을 향해 광을 조사(照射)하는 광원		

			과, 상기 광원이 조사한 상기 광의 광량인 광원광량을 검출하는 광원 모니터와, 상기 플로우 셀을 투과한 투과광의 광량인 투과광량을 검출하는 투과광 검출부와, 상기 광원광량과 상기 투과광량에 근거하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 오염 검출부와, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 세정하는 세정부와, 상기 시료수로부터의 산란광의 광량인 산란광량을 검출하는 산란광 검출부 를 구비하며, 상기 오염 검출부는, 상기 플로우 셀에 상기 시료수를 흐르게 한 상태에서의 상기 투과광량을, 상기 산란광량을 이용하여 보정하며, 상기 광원광량과 보정_후의 상기 투과광량에 근거하여 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하고, 상기 세정부는, 상기 벽부의 오염이 있는 경우에, 상기 플로우 셀의 세정을 개시하는, 수질 분석 장치.		
3	청구범위	청구항 3	시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서, 광을 투과시키는 벽부와, 상기 벽부에 둘러싸인 내부 공간을 가지며, 상기 시료수가 상기 내부 공간을 통과하는 플로우 셀(flow cell)과, 상기 플로우 셀을 향해 광을 조사(照射)하는 광원과, 상기 광원이 조사한 상기 광의 광량인 광원광량을 검출하는 광원 모니터와, 상기 플로우 셀을 투과한 투과광의 광량인 투과광량을 검출하는 투과광 검출부와, 상기 광원광량과 상기 투과광량에 근거하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 오염 검출부, 를 구비하며, 상기 오염 검출부는, 상기 플로우 셀에 상기 시료수를 흐르게 한 상태에서의 상기 투과광량을 이용하여, 상기 벽부의 오염을 검출하며, 상기 시료수로부터의 산란광의 광량인 산란광량을 검출하는 산란광 검출부와, 상기 산란광 검출부가 검출한 상기 산란광량 및 상기 투과광 검출부가 검출한 상기 투과광량 중 적어도 한쪽에 근거하여 상기 시료수의 탁도를 측정하는 탁도측정부,	띄어쓰기 정정	X

			를 더 구비하고, 상기 오염 검출부는, 상기 시료수의 탁도가 기준치 이하일것을 조건으로 하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 수질 분석 장치.		
			시료수에 포함되는 측정 대상 물질의 농도를 측정하는 수질 분석 장치로서, 광을 투과시키는 벽부와, 상기 벽부에 둘러싸인 내부 공간을 가지며, 상기 시료수가 상기 내부 공간을 통과하는 플로우 셀(flow cell)과, 상기 플로우 셀을 향해 광을 조사(照射)하는 광원과, 상기 광원이 조사한 상기 광의 광량인 광원광량을 검출하는 광원 모니터와, 상기 플로우 셀을 투과한 투과광의 광량인 투과광량을 검출하는 투과광 검출부와, 상기 광원광량과 상기 투과광량에 근거하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 오염 검출부, 를 구비하며, 상기 오염 검출부는, 상기 플로우 셀에 상기 시료수를 흐르게 한 상태에서의 상기 투과광량을 이용하여, 상기 벽부의 오염을 검출하며, 상기 시료수로부터의 산란광의 광량인 산란광량을 검출하는 산란광 검출부와, 상기 산란광 검출부가 검출한 상기 산란광량 및 상기 투과광 검출부가 검출한 상기 투과광량 중 적어도 한쪽에 근거하여 상기 시료수의 탁도를 측정하는 탁도측정부, 를 더 구비하고, 상기 오염 검출부는, 상기 시료수의 탁도가 기준치 이하일_것을 조건으로 하여, 상기 플로우 셀의 상기 벽부의 오염을 검출하는 수질 분석 장치.		

고객 전용 입금 계좌

* 납부에 이미 이용한 입금 계좌는 재이용할 수 없음
* 아래의 계좌번호 중 하나만을 선택하여 납부 요망

금융기관	계좌번호	금융기관	계좌번호
농협은행	790-0594-0779-995		

[참고] 요금의 종류

가. 특허료·등록료

나. 수수료 : ① 출원료 ② 심사청구료 ③ 심판청구료 ④ 국제출원수수료 ⑤ 보정료 ⑥ 특허권 등의 권리이전 등록료 ⑦ 그 밖의 수수료

다. 등록면허세 및 지방교육세[특허권 등의 권리이전 및 상표권의 설정 및 갱신 등록에 한함]

- 상표권 설정 및 갱신등록 : 9,120원(등록면허세: 7,600원, 지방교육세: 1,520원)
- 상속에 의한 권리이전 : 14,400원(등록면허세: 12,000원, 지방교육세: 2,400원)
- 상속 이외의 원인으로 한 권리이전 : 21,600원(등록면허세: 18,000원, 지방교육세: 3,600원)

라. 인지세: 「인지세법」에 따른 인지세액