検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L260
検索者名	-	検索者コード	KDAC
レコード種別	161		
テーマコード	4C097		
特許出願の番号	特願2024-520701		
外注管理番号	2026045910		
納品種別	19E0C00000		
対話実施日	2026年 8月28日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 8月25日		
検索報告書作成日	2026年 8月25日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：9　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:眼科インプラントであって、

1b:調整可能な直径を有する透明な光学部と、前記光学部に結合して前記光学部から周囲に延在する非光学周辺

部とを含み、

1c:前記非光学周辺部は、眼の溝に係合するようにサイズ及び形状が構成され、

1d:前記透明な光学部は、可視光を通過させるように適合された透明光学材料で作られ、

1e:前記非光学周辺部は、可視光を吸収するように適合された光吸収材料で作られ、

1f:前記透明光学材料と前記光吸収材料とは、房水及び平衡塩類溶液（ＢＳＳ）の一方又は両方

に曝露されたと

きに互いに５％以内となる線形膨潤度を有する、眼科インプラント。

【請求項2】

2a:前記透明光学材料と前記光吸収材料とは、房水及び平衡塩類溶液（ＢＳＳ）の一方又は両方に曝露されたと

きに互いに１％以内となる線形膨潤度を有する、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項3】

3a:前記透明光学材料は、前記光吸収材料とは異なり、かつ、前記光吸収材料に結合される、請求項１に記載の

眼科インプラント。

【請求項4】

4a:前記非光学周辺部は、前記光学部の周縁から前記眼科インプラントの半径方向の最外面まで延材する、請求

項１に記載の眼科インプラント。

【請求項5】

5a:前記非光学周辺部は、前記光学部に隣接し、かつ、前記光学部から前記非光学周辺部の支持構造まで延びる

移行ゾーンを含む、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項6】

6a:前記透明光学材料と前記非光学周辺部の材料とは、同じ構成成分を含むが、１つ以上の可視光吸収成分が周

辺非光学部分の材料に存在している、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項7】

7a:前記透明光学材料と、前記非光学周辺部の材料とは、前記非光学周辺部の材料が１つ以上の光吸収成分を含

むことを除いて、同じ構成成分を含み、

7b:前記非光学周辺部の材料は、紫外線を遮断する色素を含んでいない、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項8】

8a:前記調整可能な光学部の直径、及び、それを取り囲む前記非光学周辺部は、前記眼科インプラントが治療を

意図している視覚障害に基づいてサイズ設定されている、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項9】

9a:前記光学部は、１～７ｍｍの直径を有する、請求項８に記載の眼科インプラント。

【請求項10】

10a:前記眼科インプラントは単焦点眼科インプラントであり、前記光学部は、４～７ｍｍの直径を有する、請求

項９に記載の眼科インプラント。

【請求項11】

11a:前記眼科インプラントは、老視を治療するための眼科インプラントであり、

11b:前記光学部は、３～５ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプラント。

【請求項12】

12a:前記眼科インプラントのレンズが、拡大された被写界深度を提供する形状である、請求項１１に記載の眼科

インプラント。

【請求項13】

13a:前記レンズは、前記光学部の異なる部分から任意で連続的に変化して、様々な度数を提供できる形状である

、請求項１２に記載の眼科インプラント。

【請求項14】

14a:前記レンズは、度数が徐々に変化するように形作られており、

14b:それによって前記度数は中心から外縁に向かって変化し、任意的に放射方向に対称となる、請求項１３に記

載の眼科インプラント。

【請求項15】

15a:前記度数の変化は、前記中心から前記外縁に向かって連続的に増加するもの、又は、前記中心から前記外縁

に向かって連続的に減少するものである、請求項１４に記載の眼科インプラント。

【請求項16】

16a:前記眼科インプラントは、高度の異常視を治療するための有水晶体眼科インプラントであり、

16b:前記光学部は、２～５ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプラント。

【請求項17】

17a:前記光学部は、高程度の収差を治療するために、１～３ｍｍの直径を有する、請求項９に記載の眼科インプ

ラント。

【請求項18】

18a:レンズの幅が１０～１４ｍｍである、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項19】

19a:レンズが屈折異常を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項20】

20a:レンズが近視を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項21】

21a:前記レンズは、乱視も矯正する形状である、請求項２０に記載の眼科インプラント。

【請求項22】

22a:レンズが遠視を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項23】

23a:前記レンズは、乱視も矯正する形状である、請求項２２に記載の眼科インプラント。

【請求項24】

24a:レンズが乱視を矯正する形状である、請求項１に記載の眼科インプラント。

【請求項25】

25a:前記光学部の中心厚さが１００～４００ミクロンであり、任意的に１００～２００ミクロンである、請求項

１に記載の眼科インプラント。

【請求項26】

26a:前記非光学周辺部における眼の溝と係合する周辺領域の厚さが、５０～２００ミクロンである、請求項１に

記載の眼科インプラント。

【請求項27】

27a:前記光学部の縁の厚さが、７００ミクロン未満である、請求項１に記載の眼科インプラン

ト。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 9月30日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-27	4C097	A61F2/16*AA25*SA01*EE03*[(透明+透過)/TX]*[(吸収+減衰+遮光)/TX]*[膨潤/TX]	24
2	1-27	4C097	A61F2/16*[(膨潤度+膨潤率+含水率),80N,(房水+生理食塩水+平行塩類+ＢＳＳ)/TX]-\01	26
3	1-27	4C097	A61F2/16*AA25*SA01*EE03*[(透明+透過)/TX]*[(吸収+減衰+遮光),30N,(光+可視光)/TX]-\(01+02)	57
4	1-27	4C097	A61F2/16*AA25*SA01*[(透明+透過)/TX]*[(吸収+減衰+遮光),30N,(光+可視光)/TX]-\(01+02+03)	163
5	1-27	4C097	A61F2/16*AA25*[(透明+透過)/TX]*[(吸収+減衰+遮光),30N,(光+可視光)/TX]-\(01+02+03+04)	217
6	1-27	外国	A61F2002/1696/CP*[(transparent+transmission)/TX]*[(absorption+attenuation+shading),30N,(light+visiblelight)/TX]	25
7	1-27	外国	A61F2/16/CP*[(transparent+transmission)/TX]*[(absorption+attenuation+shading),30N,(light+visiblelight)/TX]-\06	201
8	1-27	中韓	A61F2/16/IP*[(透明+透過)/TX]*[(吸収+減衰+遮光)/TX]*[膨潤/TX]	46
9	1-27	中韓	A61F2/16/IP*[(透明+透過)/TX]*[(吸収+減衰+遮光),30N,(光+可視光)/TX]-\08	185
10	1-27	中韓	A61F2/16/IP*[(膨潤度+膨潤率+含水率)/TX]*[(房水+生理食塩水+平行塩類+ＢＳＳ)/TX]-\(08+09)	16

スクリーニング件数合計：960

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２０１０-５２５８８４号公報	Y1	3
2	特許文献		特表２０２０-５２２３２５号公報	Y2	2
3	特許文献		中国特許出願公開第１０９７９３５９５号明細書	Y1	9
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１４／０２７７４３２号明細書	Y1	6
5	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０３７７６３５号明細書	A	

【提示文献数】： 5

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1a:眼科インプ・・・であって、1b:調整可能な・・・とを含み、1c:前記非光学・・・構成され、1d:前記透明な・・・で作られ、1e:前記非光学・・・で作られ、1f:前記透明光・・・プラント。
1	1	Y1	N32,51,53,F1,4,6,8,N34,54,44,F4,N44-46	○ ○ ○ ○ ○ × 1a:○N32,51,53,F1,4,6,81b:○N32,51,53,F1,4,6,81c:○N34,54,F1,4,6,81d:○N32,44,F4,6,81e:○N44-46,F4,6,8

1	2	Y2	N11,N30,34,35,T1	○ × × × × ○ 1a:○N111f:○N30,34,35,T1、本願N53で膨潤度に関して、「本明細書で使用される膨潤度は、一般に、眼の自然な房水、又は平衡塩類溶液（ＢＳＳ）などの同様の溶液にさらされた後に材料が膨潤する程度を指す。また、場合によっては、本明細書で使用される膨潤度という語句は、膨潤の前後における直線寸法、体積、または重量の変化によって特徴付けることができる。」と定義されており、膨潤度として膨潤の前後における重量の変化が含まれている。この場合の膨潤度は平衡塩類溶液（ＢＳＳ）の溶液にさらされた場合の含水率（EWC）と同等になる。文献２のN30にはEWCが4％未満と記載されており、すなわち膨潤度は4％未満である。また線形膨潤度を平衡塩類溶液（ＢＳＳ）の溶液にさらされた前後での長さの変化率と見た場合は、一般的に線形膨潤度は、重量比から算出した膨潤度（＝EWC）と同等かより小さい値になるため、線形膨潤度は4％未満であるといえる。
1	3	Y1	N20,46,47,F1,2,N21,22,N47,N32,N25,30	○ ○ ○ ○ ○ × 1a:○N20,46,47,F1,21b:○N21,22,46,F1,21c:○N47,F1,21d:○N32,F1,21e:○N25,30,F1,2
1	4	Y1	N44,46,F1,2,N9,63,F3,N50.78,F2,6	○ ○ ○ ○ ○ × 1a:○N44,46,F1,21b:○N44,46,F1,21c:○N44,F1,21d:○N9,63,F31e:○N50.78,F2,6
1	5	A	N68,99,F13,N99,73,97,F6,13	○ ○ ○ ○ × × 1a:○N68,99,F131b:○N99,F131c:○N99,F131d:○N68,73,97,F6,13
2	本願			2a 2a:前記透明光・・・プラント。
2	1	Y1		×
2	2	Y2	N30,34,35,T1	○ 2a:○N30,34,35,T1
2	3	Y1		×
2	4	Y1		×
2	5	A		×
3	本願			3a 3a:前記透明光・・・プラント。

3	1	Y1	N34,46,F1,4,6,8	○ 3a:○N34,46,F1,4,6,8
3	2	Y2		×
3	3	Y1	N25,30,F1,2	○ 3a:○N25,30,F1,2
3	4	Y1	N50.78,F2,6	○ 3a:○N50.78,F2,6
3	5	A		×
4	本願			4a 4a:前記非光学・・・プラント。
4	1	Y1	N34,54,F1,4,6,8	○ 4a:○N34,54,F1,4,6,8
4	2	Y2		×
4	3	Y1	N21,46,F1,2	○ 4a:○N21,46,F1,2
4	4	Y1	N44,46,F1,2	○ 4a:○N44,46,F1,2
4	5	A	N99,F13	○ 4a:○N99,F13
5	本願			5a 5a:前記非光学・・・プラント。
5	1	A		×
5	2	Y2		×
5	3	A		×
5	4	Y1	N86,F8	○ 5a:○N86,F8
5	5	A	N99,F13	○ 5a:○N99,F13
6	本願			6a 6a:前記透明光・・・プラント。
6	1	Y1	N34,46,F1,4,6,8	○ 6a:○N34,46,F1,4,6,8
6	2	Y2		×
6	3	Y1	N25,30,F1,2	○ 6a:○N25,30,F1,2

6	4	Y1	N8,50,78,F2,6	○ 6a:○N8,50,78,F2,6
6	5	A		×
7	本願			7a 7b 7a:前記透明光・・・分を含み、7b:前記非光学・・・プラント。
7	1	Y1	N34,46,F1,4,6,8	○ ○ 7a:○N34,46,F1,4,6,87b:○N34,F1,4,6,8
7	2	Y2		× ×
7	3	Y1	N25,30,F1,2,N34	○ ○ 7a:○N25,30,F1,27b:○N34,F1,2
7	4	Y1	N8,50,78,F2,6,N78,F6	○ ○ 7a:○N8,50,78,F2,67b:○N78,F6
7	5	A		× ×
8	本願			8a 8a:前記調整可・・・プラント。
8	1	Y1	N11,18	○ 8a:○N11,18
8	2	Y2		×
8	3	A		×
8	4	Y1	N48,56,F1-3	○ 8a:○N48,56,F1-3
8	5	A		×
9	本願			9a 9a:前記光学部・・・プラント。
9	1	Y1	N32,54,F1,6	○ 9a:○N32,54,F1,6
9	2	Y2		×
9	3	A	N29,46,F1,2	○ 9a:○N29,46,F1,2
9	4	Y1	N59,F3	○ 9a:○N59,F3
9	5	A		×
10	本願			10a 10a:前記眼科イ・・・プラント。

10	1	Y1	N32,54,F1,6	○ 10a:○N32,54,F1,6
10	2	Y2		×
10	3	A	N29,46,F1,2	○ 10a:○N29,46,F1,2
10	4	Y1	N59,F3	○ 10a:○N59,F3
10	5	A		×
11	本願			11a 11b 11a:前記眼科イ・・・トであり、11b:前記光学部・・・プラント。
11	1	Y1	N66,F6,13,N54	○ ○ 11a:○N66,F6,1311b:○N54,F6
11	2	Y2		× ×
11	3	A	N27,F1,2,N29,46	○ ○ 11a:○N27,F1,211b:○N29,46,F1,2
11	4	Y1	N56,64,F3,N59	○ ○ 11a:○N56,64,F311b:○N59,F3
11	5	A		× ×
12	本願			12a 12a:前記眼科イ・・・プラント。
12	1	Y1	N66-68,F13	○ 12a:○N66-68,F13
12	2	Y2		×
12	3	A		×
12	4	Y1	N56,F3	○ 12a:○N56,F3
12	5	A		×
13	本願			13a 13a:前記レンズ・・・プラント。
13	1	Y1	N66-68,F13	○ 13a:○N66-68,F13
13	2	Y2		×
13	3	A		×
13	4	A		×
13	5	A		×

14	本願			14a 14b 14a:前記レンズ・・・れており、14b:それによっ・・・プラント。
14	1	Y1	N67,68,F13	○ ○ 14a:○N67,68,F1314b:○N67,68,F13
14	2	Y2		× ×
14	3	A		× ×
14	4	A		× ×
14	5	A		× ×
15	本願			15a 15a:前記度数の・・・プラント。
15	1	Y1	N67,68,F13	○ 15a:○N67,68,F13
15	2	Y2		×
15	3	A		×
15	4	A		×
15	5	A		×
16	本願			16a 16b 16a:前記眼科イ・・・トであり、16b:前記光学部・・・プラント。
16	1	Y1	N54,F6	○ ○ 16a:○N54,F616b:○N54,F6
16	2	Y2		× ×
16	3	A		× × 16b:○N59,F3
16	4	A		× ×
16	5	A		× ×
17	本願			17a 17a:前記光学部・・・プラント。
17	1	Y1		×
17	2	Y2		×
17	3	A		×
17	4	Y1	N64,F3	○ 17a:○N64,F3
17	5	A		×
18	本願			18a 18a:レンズの幅・・・プラント。
18	1	Y1		×
18	2	Y2		×
18	3	Y1	N24,29,46,F1,2	○ 18a:○N24,29,46,F1,2
18	4	A		×
18	5	A		×

19	本願			19a 19a:レンズが屈・・・プラント。
19	1	Y1	N65,66,F1,13	○ 19a:○N65,66,F1,13
19	2	Y2		×
19	3	Y1	N27,F1,2	○ 19a:○N27,F1,2
19	4	Y1	N65,F3	○ 19a:○N65,F3
19	5	A		×
20	本願			20a 20a:レンズが近・・・プラント。
20	1	Y1	N65,66,F1,13	○ 20a:○N65,66,F1,13
20	2	Y2		×
20	3	Y1	N27,F1,2	○ 20a:○N27,F1,2
20	4	Y1	N65,F3	○ 20a:○N65,F3
20	5	A		×
21	本願			21a 21a:前記レンズ・・・プラント。
21	1	Y1	N65,F1,13,	○ 21a:○N65,F1,13
21	2	Y2		×
21	3	A		×
21	4	A		×
21	5	A		×
22	本願			22a 22a:レンズが遠・・・プラント。
22	1	Y1	N66,F1,13	○ 22a:○N66,F1,13
22	2	Y2		×
22	3	Y1	N27,F1,2	○ 22a:○N27,F1,2
22	4	Y1	N65,F3	○ 22a:○N65,F3
22	5	A		×
23	本願			23a 23a:前記レンズ・・・プラント。
23	1	Y1	N65,F1,13,	○ 23a:○N65,F1,13
23	2	Y2		×

23	3	A		×
23	4	A		×
23	5	A		×
24	本願			24a 24a:レンズが乱・・・プラント。
24	1	Y1	N65,F1,13,	○ 24a:○N65,F1,13
24	2	Y2		×
24	3	A		×
24	4	A		×
24	5	A		×
25	本願			25a 25a:前記光学部・・・プラント。
25	1	A		×
25	2	A		×
25	3	A		×
25	4	A		×
25	5	A		×
26	本願			26a 26a:前記非光学・・・プラント。
26	1	A		×
26	2	A		×
26	3	A		×
26	4	A		×
26	5	A		×
27	本願			27a 27a:前記光学部・・・プラント。
27	1	A		×
27	2	A		×
27	3	A		×
27	4	A		×
27	5	A		×

５．備考（検索者用）

米国特許出願公開第２０２０／０３７７６３５号明細書は、特表２０２１-５３３９６４号公報のファミリー文献です。またISR、ESRの提示文献です。