検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	204

指導者名	-	指導者コード	ME0E
検索者名	-	検索者コード	ME1P
レコード種別	161		
テーマコード	4C078		
特許出願の番号	特願2024-525519		
外注管理番号	2026051961		
納品種別	19U0C00000		
対話実施日	2026年 9月18日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 8月17日		
検索報告書作成日	2026年 9月30日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：6A図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

関連出願

本出願は、２０２１年１０月２７日に出願された米国仮特許出願第６３／２７２，３１５号の優先権の利益を主張するものであり、この米国仮特許出願の内容を参照により全体として本明細書に援用する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1A：本体を備える眼科デバイスであって、

1B：前記本体が、

前記眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、

前記眼表面上の前記本体の高さを規定する前面と、

1C：瞼と前記眼表面との間に存在するように構成された保持部であって、前記保持部が、前記前面の一部分で区切られ、かつ最大１ｍｍの距離にわたって少なくとも１ｍｍの高低差を有する、前記保持部と、

を有し、

1D：前記距離は前記デバイスの端から測定され、前記高低差は弛緩した状態で前記デバイスが置かれている平面に対して測定される、前記眼科デバイス。

【請求項２】

2A：前記後面は、少なくとも１つの方向において、強膜の曲率半径より小さい曲率半径を有し、これにより前記デバイスが装着されているときに前記後面と前記強膜との間に吸着が形成される、請求項１に記載の眼科デバイス。

【請求項３】

3A：前記高低差は、前記デバイスの周囲の少なくとも８０％を接続する平面に対して測定される、請求項１に記載の眼科デバイス。

【請求項４】

4A：前記高低差は、弛緩した前記デバイスが載る曲面に対して測定される、請求項１に記載の眼科デバイス。

【請求項５】

5A：前記高低差は、前記本体の縁から離れる方向にあり、前記本体の前記縁は、前記眼科デバイスが前記瞼の下に装着されたときに、瞼の開口部に隣接して配置される前記本体の前縁である、請求項１に記載の眼科デバイス。

【請求項６】

6A：前記本体は中空ではない、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項７】

7A：前記保持部は連続物質で作られている、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項８】

8A：前記本体は楕円形または円形である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項９】

9A：前記本体は、その縦軸及び横軸に対称である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１０】

10A：前記保持部は、少なくとも１ｍｍ２の面積に対して少なくとも１ｍｍの高さを有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１１】

11A：前記距離は、前記前面の前記一部分の表面に沿って測定される、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１２】

12A：前記保持部は、前記前面に沿って少なくとも１ｍｍの長さにわたって少なくとも４５°の傾斜を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１３】

13A：前記本体は、第１の部分と第２の部分とを備え、前記本体が前記眼表面上に存在しているとき、前記第１の部分は前記第２の部分よりも急速に分解する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１４】

14A：前記第２の部分は、前記保持部の一部または全部を形成する、請求項１３に記載の眼科デバイス。

【請求項１５】

15A：前記高低差が、少なくとも１．５ｍｍである、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１６】

16A：前記眼表面上に存在しているとき、前記前面は前記瞼の内面に隣接し、前記保持部は瞼板によって所定の位置に保持される、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１７】

17A：前記本体の及ぶ範囲が２～８ｍｍである、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１８】

18A：前記本体は細長い、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項１９】

19A：前記本体は、前記前面と前記後面とを結ぶ軸を中心に回転対称である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項２０】

20A：前記後面が凹面である、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項２１】

21A：前記デバイスの柔らかさが０．３～１．５ＭＰａである、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項２２】

22A：前記本体の縁領域が、前記本体の縁から０．５ｍｍ未満で、５０ミクロン未満の厚さを有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項２３】

23A：前記デバイスは、前記前面と前記後面との間の高さが一定である、少なくとも１ｍｍの長さを有するセクションを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

【請求項２４】

24A：前記保持部は、前記デバイスが上瞼の下に滑り込むのを防止する、請求項１～５のいずれか１項に記載の眼科デバイス。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年10月27日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-24	4C078	エイブルティーエックス/AP+アヴィシ/AP	3
2	1-24	4C078	A61F9/007,170*(結膜+瞼+目蓋),10N,(前面+後面+裏面+上面+下面+配置+デバイス+装置+本体)/TX-\1	186
3	1-24	4C078	A61F9/007,170*(結膜+瞼+目蓋)/TX-\(1+2)	333
4	1-24	4C078	A61F9/007,170-\(1+2+3)	193
5	1-24	4C076	A61K9/00*BB24*AA(51+94)*(結膜+瞼+目蓋),30N,(前面+後面+裏面+上面+下面+配置+デバイス+装置+本体+保持)/TX-\(1+2+3+4)	93
6	1-24	外国	A61F9/0017/CP*A61K9/00/(CP+IP)*(結膜+瞼+目蓋),10N,(前面+後面+裏面+上面+下面+配置+デバイス+装置+本体+保持)/TX-\(1+2+3+4+5)	155
7	1-24	外国	A61F9/0017/CP*(結膜+瞼+目蓋),10N,(前面+後面+裏面+上面+下面+配置+デバイス+装置+本体+保持)/TX-\(1+2+3+4+5+6)	244
8	1-24	外国	A61F9/0017/CP*(結膜+瞼+目蓋),30N,(高さ+高低+厚+寸法+距離+長さ+mm+ミリメートル)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7)	105
9	1-24	外国	A61F9/00/(CP+IP)*A61K9/00/(CP+IP)*(結膜+瞼+目蓋)/TX*(眼+涙),30N,(分解+溶解+崩壊)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8)	220
10	1-24	中韓	A61F9/0017/CP*A61K9/00/(CP+IP)*(結膜+瞼+目蓋)/TX	125
11	1-24	中韓	A61F9/0017/CP*(結膜+瞼+目蓋)/TX-\10	226
12	1-24	中韓	A61F9/00/(CP+IP)*A61K9/00/(CP+IP)*(結膜+瞼+目蓋)/TX-\(10+11)	109
13	1-24	中韓	A61F9/00/(CP+IP)*(結膜+瞼+目蓋),10N,(前面+後面+裏面+上面+下面+配置+デバイス+装置+本体)/TX*(分解+溶解+崩壊)/TX-\(10+11+12)	183

スクリーニング件数合計：2175

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【Ｎｏ．】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式Ｎｏ．】
1	特許文献		米国特許第０５１３７７２８号明細書	X	6
2	特許文献		特開２０１６-０４９１３７号公報	A	2
3	特許文献		米国特許出願公開第２０１７／０２８１４０８号明細書	&2	7
4	特許文献		特表２００７-５０３２６５号公報	A	2
5	特許文献		国際公開第２００５／０２０９０７号	&4	6
6	特許文献		中国特許出願公開第１０７２２４３４８号明細書	A	11

【提示文献数：6】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1,2,5-9,16,17,19,20,22/ 3,4,10-15,18,21,23,24	1	X/A	【1】44～57行、【2】3～58行、図1、図2	構成要件1A、1B、1C、1D、2A、5A、6A、7A、8A、9A、13A′、16A、17A、19A、20A、22Aに関連。1A：本体を備える眼科デバイス（インサート１０）。1B：本体が、眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、眼表面上の本体の高さを規定する前面（図２）を有する。1C：瞼と眼表面との間に存在するように構成された保持部であって、保持部が、前面の一部分で区切られ、かつ最大１ｍｍの距離にわたって少なくとも１ｍｍの高低差を有する、保持部を有する。（前面の一部分を保持部と認定できる。寸法に関しても記載の数値内であることが推認される。）1D：距離はデバイスの端から測定され、高低差は弛緩した状態でデバイスが置かれている平面に対して測定される。2A：後面は、強膜の曲率半径より小さい曲率半径を有する。5A：高低差は、本体の縁から離れる方向にあり、本体の前記縁は、眼科デバイスが瞼の下に装着されたときに、瞼の開口部に隣接して配置される本体の前縁である。6A：本体は中空ではない。7A：保持部は連続物質で作られている。8A：本体は円形である。9A：本体は、その縦軸及び横軸に対称である。13A′：本体は分解する材料からなる点が記載。分解速度の異なる部分は記載なし。16A：眼表面上に存在しているとき、前面は瞼の内面に隣接する。保持部が瞼板によって所定の位置に保持されることが推認される。17A：本体の寸法が２～８ｍｍである。19A：本体は、前面と後面とを結ぶ軸を中心に回転対称である。20A：後面が凹面である。22A：本体の縁領域が、本体の縁から０．５ｍｍ未満で、５０ミクロン未満の厚さを有する部分を有することが推認される。
1-24	2	A	【0021】～【0023】【0029】～【0031】図1、図2	構成要件1A、1B、1C′、6A、7A、12A′、16A、18Aに関連。1A：本体を備える眼科デバイス（眼瞼内装用具１００）。1B：本体が、眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、眼表面上の本体の高さを規定する前面を有する。1C′：瞼と眼表面との間に存在するように構成された保持部（被保持部１a）であって、保持部が、前面の一部分で区切られている。数値の記載なし。6A：本体は中空ではない（【0029】）。7A：保持部は連続物質で作られている（【0029】）。12A′：保持部が少なくとも４５°の傾斜を有する様子が図に開示。寸法の記載なし。16A：眼表面上に存在しているとき、前面は瞼の内面に隣接し、保持部は瞼板によって所定の位置に保持される。18A：本体は細長い。
1-24	4	A	【0028】～【0030】【0037】【0048】～【0055】図13～15	構成要件1A、1B、1C′、6A、7A、18A、20Aに関連。1A：本体を備える眼科デバイス（眼科薬物供給装置４００）。1B：本体が、眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面（基本曲線４１２）と、眼表面上の本体の高さを規定する前面を有する。1C′：瞼と眼表面との間に存在するように構成された保持部（図１５に開示）であって、保持部が、前面の一部分で区切られている。距離と高低差の関係は不明。6A：本体は中空ではない。7A：保持部は連続物質で作られている。18A：本体は細長い。20A：後面（基本曲線４１２）が凹面である。

1-24	6	A	【0005】～【0010】【0013】【0048】図1	構成要件1A、1B、1C′、8A、9A、13A、14A、15A、23Aに関連。1A：本体を備える眼科デバイス。1B：本体が、眼科デバイスを装着したときに眼表面に隣接する後面と、眼表面上の本体の高さを規定する前面（図１）を有する。1C′：保持部なし。デバイスの高低差の寸法は記載あり。8A：本体は円形である。9A：本体は、その縦軸及び横軸に対称である。13A：本体は、第１の部分（分解性の粒子）と第２の部分（マトリックス）とを備え、本体が眼表面上に存在しているとき、第１の部分は第２の部分よりも急速に分解する。14A：第２の部分（マトリックス）は、保持部（本体）を形成する。15A：高低差が、少なくとも１．５ｍｍである。23A：デバイスは、前面と後面との間の高さが一定である、少なくとも１ｍｍの長さ（環部分）を有するセクションを含む。

５．備考（検索者用）

(1)補正あり。